


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ CONTOUR PLUS ELITE

1. Радіообладнання: *Глюкометр (Blood Glucose Meter) т.м. «CONTOUR» моделі CONTOUR PLUS ELITE (IEEE 802.15.1 Bluetooth).*
2. Найменування та адреса виробника: *«Асцензія Діабетс Кеа Холдінгс АГ» (Петер Меріан-Штрассе 90, 4052, Базель, Швейцарія) / «Ascensia Diabetes Care Holdings AG» (Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland / Швейцарія).*
3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність **виробника**.
4. Об'єкт декларації: *Глюкометр (Blood Glucose Meter) т.м. «CONTOUR» моделі CONTOUR PLUS ELITE.*



Об'єкт декларації (ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеного радіообладнання)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:
 - *Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №355.*
6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:
ДСТУ EN 61010-1:2014, ІЕС 61010-1:2010, ДСТУ EN 62479:2015, EN 62479:2010, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019, EN 301 489-1 V2.2.0 (Draft), ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft), ДСТУ EN 61326-1:2016, ІЕС 61326-1:2012, ДСТУ EN 61326-2-6:2019, ІЕС 61326-2-6:2012, ДСТУ ETSI EN 300 328:2017, EN 300 328 V2.1.1, ETSI EN 300 328 V2.2.2.
7. Призначений орган з оцінки відповідності:

ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД, № UA.TR.052, Атестат про акредитацію НААУ від 09.05.2023 №10179 та за наказом Мінекономіки України від 11.04.2018 №500;

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Виконав: *оцінку відповідності за процедурою експертизи типу (модуль В) Технічного регламенту радіообладнання та видав сертифікат експертизи типу: від 18.10.2023 р. № UA.R.TR.052.277-23.*

8. У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність:

- версія програмного забезпечення DE: 2.13, RFE: 2.40.

9. Додаткова інформація: Глюкометр (Blood Glucose Meter) т.м. «CONTOUR» моделі CONTOUR PLUS ELITE, виготовляється «Асцензія Діабетс Кеа Холдінгс АГ» (Петер Меріан-Штрассе 90, 4052, Базель, Швейцарія) / «Ascensia Diabetes Care Holdings AG» (Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland / Швейцарія). на підприємстві «PT PNC Indonesia», Kawasan Industri MM2100 Blok O-1, Cikarang Rarat Bekasi, 17520 Indonesia / Індонезія.

Підписано від імені виробника: уповноваженим представником ТОВ «МЕДІКО ГЛОБАЛ» (Україна, 03115, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, корпус 1, офіс 319, код ЄДРПОУ 44995674).

м. Дніпро, Україна

(місце та дата видачі)

10

червня

2025 р.

Директор

(посада)

М.П.

(підпис)

Олег ЯЦУНСЬКИЙ

(ім'я та прізвище)

